

# TeftID 10598 Tilsyn med helseinstitusjoner 2019

Forskrift	Paragraf nr.	Feilkode	Kontrollpunkt	Avviksbeskrivelse	F*	IF*	IR*	IT*	Merknad			
<b>Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter</b>												
IK-HMS	§ 5	101050600	Har virksomheten dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt?	Virksomheten hadde ikke dokumentert oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet var fordelt.								
IK-HMS	§ 5	101050800	Har virksomheten iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen?	Virksomheten hadde ikke iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.								
IK-HMS	§ 5	101050900	Foretar virksomheten systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt?	Virksomheten foretok ikke systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.								
<b>Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk</b>												
fek	§ 8	117080200	Oppfyller den som har det faglige ansvaret for reparasjon av elektrisk utstyr, kravene til kvalifikasjoner?	Den som har det faglige ansvaret for reparasjon av elektrisk utstyr, oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner.								
fek	§ 8	117080100	Oppfyller den som reparerer elektrisk utstyr, kravene til kvalifikasjoner?	Den som reparerte elektrisk utstyr, oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner.								

F\*=funn

IF\*= ikke funn

IR\*= ikke relevant

IT\*= Ikke tilgjengelig

## TeftID 10598 Tilsyn med helseinstitusjoner 2019

Forskrift	Paragraf nr.	Feilkode	Kontrollpunkt	Avviksbeskrivelse	F*	IF*	IR*	IT*	Merknad			
fek	§8	117080300	Oppfyller den som reparerer elektromedisinsk utstyr, kravene til kvalifikasjoner?	Den som reparerte elektromedisinsk utstyr, oppfylte ikke kravene til kvalifikasjoner					Den som reparerer elektromedisinsk utstyr skal ha et samtykkebrev fra DSB			
<b>Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr</b>												
fhmu	§ 7	118070101	Er det elektromedisinske utstyret som anskaffes i samsvar med de betemmelser som gjelder for det aktuelle utstyret ?	Elektromedisinsk utstyr er anskaffet uten at det kan dokumenteres at det er i samsvar med de bestemmelser som gjelder for det aktuelle utstyret.								
fhmu	§ 8	118080101	Har virksomheten prosedyre som sikrer at brukerne av elektromedisinsk utstyr til enhver tid har nødvendige ferdigheter og kunnskap slik at bruken er i samsvar med utstyrets anvisninger?	Det mangler prosedyre/ det er mangler i prosedyren som skal sikre at brukere av elektromedisinsk utstyr til enhver tid har de nødvendige ferdigheter og kunnskap om korrekt og sikker bruk og at bruken er i samsvar med utstyrets anvisning.								
fhmu	§ 8	118080102	Kan det dokumenteres at virksomheten systematisk forsikrer seg om at brukerne av elektromedisinsk utstyr innehar tilstrekkelige ferdigheter i bruk av utstyret?	Det mangler prosedyre/ det er mangler i prosedyren som skal sikre at brukere av elektromedisinsk utstyr til enhver tid har de nødvendige ferdigheter og kunnskap om korrekt og sikker bruk og at bruken er i samsvar med utstyrets anvisning.								

F\*=funn

IF\*= ikke funn

IR\*= ikke relevant

IT\*= Ikke tilgjengelig

## TeftID 10598 Tilsyn med helseinstitusjoner 2019

Forskrift	Paragraf nr.	Feilkode	Kontrollpunkt	Avviksbeskrivelse	F*	IF*	IR*	IT*	Merknad			
fhmu	§ 8	118080104	Omfatter prosedyren for opplæring i bruk av elektromedisinsk utstyr ved nyanskaffelser, av nyansatte og vikarer og omfatter prosedyren at en opplæring skal bli gjentatt i forhold til et behov ?	Det mangler prosedyre/ det er mangler i prosedyren som skal sikre at brukere av elektromedisinsk utstyr til enhver tid har de nødvendige ferdigheter og kunnskap om korrekt og sikker bruk og at bruken er i samsvar med utstyrets anvisning.								
fhmu	§ 9	118090101	Er ustyret under bruk installert og plassert slik at utstyret fungerer som forutsatt og at bruk og betjening kan skje uten fare ?	Utstyret under bruk er ikke installert og plassert slik at utstyret fungerer som forutsatt og at bruk og betjening kan skje uten fare.								
fhmu	§ 9	118090102	Er elektromedisinsk utstyr, som brukes ved operasjoner, til undersøkelser, behandling,	Elektromedisinsk utstyr, som brukes ved operasjoner, til undersøkelser,								
fhmu	§ 9	118090103	Er det bruk av skjøteledninger i medisinske rom gruppe 1 og 2 ?	Det brukes skjøteledninger i medisinske rom gruppe 1 og 2.								
fhmu	§ 11	118110101	Er alt elektromedisinsk utstyr registrert i et utstyrsregister ?	Ikke alt elektromedisinsk utstyr er registrert i et utstyrsregister.								
fhmu	§ 11	118110105	Skal alt elektromedisinsk utstyr vedlikeholdes etter fabrikantens anvisning, alternativt bli vedlikeholdt med støtte i en risikovurdering ?	Elektromedisinsk utstyr vedlikeholdes ikke etter fabrikantens anvisning og/eller vedlikeholdet mangler støtte i en risikovurdering.								
fhmu	§ 11	118110102	Er det restanser i vedlikeholdsplanene for elektromedisinsk utstyr ?	Det planlagte vedlikeholdet av det elektromedisinske utstyret har for store restanser.								
fhmu	§ 11	118110103	Bli alt utført vedlikehold, alle endringer og reparasjoner på elektromedisinsk utstyr systematisk dokumentert ?	Informasjon om utført vedlikehold, endringer og reparasjoner av elektromedisinsk utstyr blir ikke systematisk dokumentert.								
fhmu	§ 17	118170101	Er elektromedisinsk utstyr som kan være til fare sikret mot uberettiget bruk ?	Elektromedisinsk utstyr som kan være til fare, er ikke sikret mot uberettiget bruk.								
fhmu	§ 17	118170102	Er utstyr som skal kasseres ødelagt eller på annen måte gjort ufarlig ?	Utstyr som skal kasseres er ikke ødelagt eller på annen måte gjort ufarlig.								

F\*=funn

IF\*= ikke funn

IR\*= ikke relevant

IT\*= Ikke tilgjengelig

## TeftID 10598 Tilsyn med helseinstitusjoner 2019

Forskrift	Paragraf nr.	Feilkode	Kontrollpunkt	Avviksbeskrivelse	F*	IF*	IR*	IT*	Merknad			
fhmu	§ 16	118160101	Har virksomheten prosedyre for melding om hendelser til DSB, hendelser som har eller kan ha sammenheng med bruk av elektromedisinsk utstyr og som har ført til eller kunne ha ført til død eller alvorlig forverring av en pasients, brukers eller annen persons helsetilstand ?	Virksomheten mangler/har mangelfull prosedyre for melding om hendelser til DSB, hendelser som har eller kan ha sammenheng med bruk av elektromedisinsk utstyr og som har ført til eller kunne ha ført til død eller alvorlig forverring av pasients, brukers eller annen persons helsetilstand.								
<b>Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg</b>												
fel	§ 9	109090110	Er det en vedlikeholdsplan for de elektriske anleggene?	Det var ikke utarbeidet en vedlikeholdsplan for de elektriske anleggene.								
fel	§ 9	109090111	Dekker vedlikeholdsplanen for de elektriske anleggene alle aktuelle lokasjoner?	Vedlikeholdsplanen for de elektriske anleggene dekket ikke alle aktuelle lokasjoner.								
fel	§ 9	109090113	Bli vedlikeholdsplanen for de elektriske anleggene fulgt?	Vedlikeholdsplanen for de elektriske anleggene ble ikke fulgt. Det ble avdekket vesentlige restanser.								
fel	§ 16	109160101	Er anlegget egnet til forutsatt bruk?	Anlegget var ikke egnet til forutsatt bruk.								
fel	§ 16	109160104	Er den elektriske installasjonen i medisinske rom gruppe 1 bygget i henhold til kravene til medisinske rom gruppe 1?	Den elektriske installasjonen i medisinske rom gruppe 1 er ikke bygget i henhold til kravene til medisinske rom gruppe 1.								
fel	§ 16	109160105	Er den elektriske installasjonen i medisinske rom gruppe 2 bygget i henhold til kravene til medisinske rom gruppe 2?	Den elektriske installasjonen i medisinske rom gruppe 2 er ikke bygget i henhold til kravene til medisinske rom gruppe 2.								

F\*=funn

IF\*= ikke funn

IR\*= ikke relevant

IT\*= Ikke tilgjengelig

## TeftID 10598 Tilsyn med helseinstitusjoner 2019

Forskrift	Paragraf nr.	Feilkode	Kontrollpunkt	Avviksbeskrivelse	F*	IF*	IR*	IT*	Merknad			
fel	§ 16	109160106	Har virksomheten gjennomført en risikovurdering av de rom som benyttes til undersøkelse, behandling, overvåking og pleie av pasienter og vurdert hvilken medisinsk romgruppe de faller inn under?	Virksomheten har ikke gjennomført en risikovurdering av de rom som benyttes til undersøkelse, behandling, overvåking og pleie av pasienter og vurdert hvilken medisinsk romgruppe de faller inn under.								
fel	§ 31	109310102	Er medisinske rom gruppe 2 utstyrt med avbruddsfri strømtilførsel	Medisinske rom gruppe 2 er ikke utstyrt med avbruddsfri strømtilførsel.					Fullstendige krav NEK 400 710.560			
fel	§ 36	109360102	Er det utarbeidet en vedlikeholdsplan for elektrisk utstyr?	Det mangler vedlikeholdsplan for elektrisk utstyr.								

F\*=funn  
 IF\*= ikke funn  
 IR\*= ikke relevant  
 IT\*= Ikke tilgjengelig